

Wilma

wire laser alignment



**DIMENSIONI CONSIGLIATE
PER LA COSTRUZIONE DEI SUPPORTI DEL FILO**



Diametro pulegge scanalate:	ø 60 mm
Altezza massima del filo dal piano d'appoggio dello strumento:	100 mm
Altezza minima del filo dal piano d'appoggio dello strumento:	75 mm
Distanza media dal fianco della faccia di riferimento laterale:	55 mm
Peso necessario per la tensione ottimale del filo per ogni estremità:	Kg 6

Per qualsiasi dubbio o informazione ulteriore è a Vs. disposizione il supporto tecnico:

MICROPLAN
ITALIA

MICROPLAN ITALIA SRL
VIA MONTE ROSA, 7 - ZONA IND. ROCCAPIETRA
13019 VARALLO (VC) ITALIA

Tel. +39 0163 54619 / 569084 | Fax +39 0163 564081
mpi@microplan-group.com | www.microplan-group.com | Skype: microplanitalia